

1/CPR/2023/z1

Katowice, 20.12.2023 r.

## Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe 1/CPR/2023 z dn. 27.11.2023 r. którego przedmiotem jest:

**Dostawa i montaż cyklotronu z automatycznym systemem tarczy ciała stałego oraz zestawem modułów syntezy**

realizowane w ramach projektu pn.: „RADIOFARM 4.0: Budowa nowej inteligentnej fabryki radiofarmaceutyków” o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach konkursu dla przedsięwzięć związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług, realizowany w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Działając w imieniu Alteris S.A., informujemy o zmianie treści Zapytania Ofertowego 1/CPR/2023 poprzez zmianę fragmentu treści w sekcji XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY/ODSTĄPIENIA, punkt 6, litera a. w następujący sposób:

Było:

„6. Warunki gwarancji:

- a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej dwunastomiesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania na własny koszt napraw oraz usuwania wszelkich wad lub usterek produktów (w tym wymiany), ujawnionych w okresie gwarancji zgodnie z powiadomieniem wystawionym przez Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty ewentualnego transportu.”

Jest:

„6. Warunki gwarancji:

- a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej dwunastomiesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od momentu **rozpoczęcia działania produkcyjnego rozumianego jako wytwarzanie radiofarmaceutyku na sprzedaż lub podania go pacjentowi, jednakże nie później niż 12 miesięcy od chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Działanie produkcyjne nie obejmuje następujących elementów testów akceptacyjnych, kwalifikacji i walidacji:**  
**- Testy eksploatacyjne cyklotronu,**

- **testy gorące wymagane dla inspekcji Państwowej Agencji Atomistyki w celu uzyskania zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki,**
- **kwalifikacje syntezerów,**
- **kwalifikacje dyspenserów,**
- **kwalifikacje urządzeń QC wymagających substancji promieniotwórczych,**
- **walidacje metod analitycznych wymagających substancji promieniotwórczych,**
- **walidacja procesowa**

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania na własny koszt napraw oraz usuwania wszelkich wad lub usterek produktów (w tym wymiany), ujawnionych w okresie gwarancji zgodnie z powiadomieniem wystawionym przez Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty ewentualnego transportu.”

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną treść Zapytania Ofertowego w wersji polskiej i angielskiej.